

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ»
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
(ФБУЗ ЦГГиЭ Роспотребнадзора)
ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ/МСИ
номер записи в РАЛ: RA.RU.430237

СВИДЕТЕЛЬСТВО

ОБ УЧАСТИИ В ПРОВЕРКАХ КВАЛИФИКАЦИИ / МСИ

Апрель 2026 г.

ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России

принял(а) участие в проверках квалификации/межлабораторных
сравнительных (сличительных) испытаниях и получила
удовлетворительные результаты по показателям, указанным в
приложении к настоящему свидетельству.

Руководитель Провайдера ПК/МСИ



А. В. Паршина

подпись

М.П.

Регистрационный № 201-А-МСИ-2026

г. Москва

Без приложения не действительно

Приложение

к свидетельству Рег. № 201-А-МСИ-2026

Кодовый номер участника	Шифр ОК	Объект исследования	Определяемый показатель
3922	ОК 1А04/26	Вода питьевая централизованного водоснабжения	Анионы (хлорид-ион)
	ОК 4А04/26	Вода питьевая	Минерализация (сухой остаток)
	ОК 6А04/26	Напитки безалкогольные	Массовая доля сухих веществ

Руководитель Провайдера ПК МСИ



подпись

М.П.

А. В. Паршина

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР МЕТРОЛОГИИ, КОНСАЛТИНГА И
ТЕСТИРОВАНИЯ «КОМПЕТЕНТНОСТЬ»

тел. 8(846)231-23-87, e-mail: 2312387@mail.ru, msi@cmkt-kompet.ru

ПРОВАЙДЕР ПРОВЕРОК КВАЛИФИКАЦИИ

УНИКАЛЬНЫЙ НОМЕР ЗАПИСИ ОБ АККРЕДИТАЦИИ В РЕЕСТРЕ АККРЕДИТОВАННЫХ ЛИЦ №
RA.RU.430287

СВИДЕТЕЛЬСТВО

И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ОБ УЧАСТИИ ЛАБОРАТОРИИ
В ПРОГРАММЕ ПРОВЕРКИ КВАЛИФИКАЦИИ

№ ВОДА-2026 (1 раунд)

Наименование лаборатории и организации:

**Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА
России**

Кодовый № лаборатории: **K0323**

Шифр образца	Контролируемый показатель, ед. изм.	Результат испытания	Шифр метода	Значение показателя z*	Заключение
Наименование объекта: Питьевая вода					
D1-26B	Окисляемость перманганатная, мг/дм ³ , мгО/дм ³	2.0	ТМ	0.00	Результат приемлемый
Наименование объекта: Сточные воды					
X1-26B	Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/дм ³ , мгО/дм ³	21.0	ФМ	0.23	Результат приемлемый

* - расчет статистических показателей и их интерпретация содержится в Отчете по результатам ППК

Генеральный директор

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат: 02D7D0600003B400A747D70B1625BDA8
Владелец: ФАЛКИНА ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА
Действителен: с 04.03.2026 до 04.06.2027

Е.В. Фалкина

21.05.2026

Является приложением к отчету № ВОДА1-2026 от 21.05.2026 г. , без отчета недействительно.



ЭКОЛОДЖИКС
лаб

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «ЭкологджиксЛаб»**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, помещение
26Н, офис 323.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об участии лаборатории в
проверке квалификации

Дата выдачи

25 июня 2026 г.

Наименование участника

Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71
ФМБА России

ИНН/ОГРН

7422027892/1027401180510

Адрес места осуществления
деятельности участника

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Строительная, д. 2, пом. 2

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

—

Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России приняла участие в 33 туре проверки квалификации по программе ПР № 01-24 (версия 2) «Программа проверки квалификации в области радиационного контроля лома и отходов черных и цветных металлов. Транспортная партия металлолома».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 01-24-33-9.

Генеральный директор

А.Н. Макаренко

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 25.06.2026

владелец

ООО "НТЦ "ЭКОЛОДЖИКСЛАБ"
МАКАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

серийный номер
срок действия

03c74df1002cb4fa964bd7b1a691d99cf9
14.04.2026 - 14.07.2027

В качестве приписанного значения использовалось робастное среднее результатов, фиксируемых всеми участниками проверки, вычисленное при использовании алгоритма в соответствии с приложением С.3 ГОСТ ISO 13528-2024.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенное в ISO/IEC 17043:2023.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемая величина – мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения.

Единица измерения – мкЗв/ч.

Объект для контроля – имитатор партии металлолома.

	Мощность амбиентного эквивалента дозы (МАЭД) гамма-излучения, мкЗв/ч
	Контрольная точка №1
X	1,51
U_X	0,10
x	1,60
U_{lab}	0,37
Критерий $ E_n $	0,23
Интерпретация	Удовлетворительно

Обозначения:

X – приписанное значение;

U_X – расширенная неопределенность приписанного значения;

x – результат участника;

U_{lab} – расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной электронной подписью 25.06.2026

владелец

серийный номер
срок действия

ООО "НТЦ "ЭКОЛОДЖИКСЛАБ"
МАКАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

03c74df1002cb4fa964bd7b1a691d99cf9
14.04.2026 - 14.07.2027



ЭКОЛОДЖИКС
лаб

**Общество с ограниченной ответственностью
«Научно-Технический Центр «ЭкологджиксЛаб»**

Юридический адрес: 198095, Санкт-Петербург, ул. Калинина, д.13, лит. А, помещение
26Н, офис 323.

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.430292

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об участии лаборатории в
проверке квалификации

Дата выдачи

14 июля 2026 г.

Наименование участника

Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71
ФМБА России

ИНН/ОГРН

7422027892/1027401180510

Адрес места осуществления
деятельности участника

456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, ул.
Строительная, д. 2, пом. 2

Уникальный номер записи об
аккредитации в реестре
аккредитованных лиц

—

Испытательный лабораторный центр ФГБУЗ ЦГиЭ № 71 ФМБА России приняла участие в 33 туре проверки квалификации по программе ПР № 35-25 (версия 2) «Программа проверки квалификации в области измерения параметров микроклимата».

Результаты участия приведены на оборотной стороне свидетельства.

Приложение: отчет № 35-25-33-16.

Генеральный директор

А.Н. Макаренко

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 14.07.2026

владелец

ООО "НТЦ "ЭКОЛОДЖИКСЛАБ"
МАКАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

серийный номер
срок действия

03c74df1002cb4fa964bd7b1a691d99cf9
14.04.2026 - 14.07.2027

В качестве приписанного значения использовалось робастное среднее результатов, фиксируемых всеми участниками проверки, вычисленное при использовании алгоритма в соответствии с приложением С.3 ГОСТ ISO 13528-2024.

Для оценки характеристики функционирования использовалось число E_n , приведенное в ISO/IEC 17043:2023.

РЕЗУЛЬТАТЫ УЧАСТИЯ

Измеряемые величины и единицы измерения:

- Температура воздуха, °C
- Относительная влажность воздуха, %

Объект для контроля – Зав. № 35-001.1.

	X	U_X	x	U_{lab}	Критерий $ E_n $	Интерпретация
Температура воздуха, °C	30,0	0,2	30,13	0,24	0,42	Удовлетворительно
Относительная влажность воздуха, %	40,3	0,2	40,0	3,5	0,09	Удовлетворительно

Обозначения:

X – приписанное значение;

U_X – расширенная неопределенность приписанного значения;

x – результат участника;

U_{lab} – расширенная неопределённость (или доверительные границы погрешности) результата участника.

Контур Кристо

Документ подписан квалифицированной
электронной подписью 14.07.2026

владелец

серийный номер
срок действия

ООО "НТЦ "ЭКОЛОДЖИКСЛАБ"
МАКАРЕНКО АНТОН НИКОЛАЕВИЧ

03c74df1002cb4fa964bd7b1a691d99cf9
14.04.2026 - 14.07.2027